

**RESULTADO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS DO
PROCESSO Nº 005/2012-M - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012-PRG**

LOTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO RESUMIDA	MARCAS APROVADAS
2.1	22265	ENXERTO TUBULAR DE PTFE RETO (ENXERTO VASCULAR SINTETICO FEITO DE POLITETRA-FLUORETILENO EXPANDIDO),MEDINDO 4,0 MM POR 10CM DE COMPRIMENTO PAREDE FINA (THIN-WALL),TUBULAR INORGÂNICA; PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS CARDIOVASCULARES; EMBALAGEM QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, ABERTURA ASSÉPTICA E GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DEVERA CONSTAR O Nº LOTE , A VALIDADE, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E PROCEDENCIA DO PRODUTO	GORE-TEX
2.2	22267	ENXERTO TUBULAR DE PTFE RETO (ENXERTO VASCULAR SINTETICO FEITO DE POLITETRA-FLUORETILENO EXPANDIDO),MEDINDO 5,0 MM POR 10CM DE COMPRIMENTO PAREDE FINA (THIN-WALL),TUBULAR INORGÂNICA; PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS CARDIVASCULARES; EMBALAGEM QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, ABERTURA ASSÉPTICA E GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DEVERA CONSTAR O Nº LOTE , A VALIDADE, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E PROCEDENCIA DO PRODUTO	GORE-TEX
2.3	22268	ENXERTO TUBULAR DE PTFE RETO (ENXERTO VASCULAR SINTETICO FEITO DE POLITETRA-FLUORETILENO EXPANDIDO),MEDINDO 3,0 MM POR 10CM DE COMPRIMENTO PAREDE FINA (THIN-WALL),TUBULAR INORGÂNICA; PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS CARDIOVASCULARES; EMBALAGEM QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, ABERTURA ASSÉPTICA E GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DEVERA CONSTAR O Nº LOTE , A VALIDADE, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E PROCEDENCIA DO PRODUTO	GORE-TEX
2.4	22264	ENXERTO TUBULAR DE PTFE RETO (ENXERTO VASCULAR SINTETICO FEITO DE POLITETRA-FLUORETILENO EXPANDIDO),MEDINDO 6,0 MM POR 50 CM DE COMPRIMENTO PAREDE FINA (THIN-WALL),TUBULAR INORGÂNICA; PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS CARDIOVASCULARES; EMBALAGEM QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, ABERTURA ASSÉPTICA E GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DEVERA CONSTAR O Nº LOTE , A VALIDADE, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E PROCEDENCIA DO PRODUTO	GORE-TEX

OBSERVAÇÃO

1: PERMANECEM AS DEMAIS MARCAS JÁ APROVADAS NO EDITAL, PODENDO HAVER INCLUSÕES E/OU EXCLUSÕES ATÉ A ABERTURA DA LICITAÇÃO.

2: NÃO HOUE MARCAS REPROVADAS